



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02.БЦ.01.000.М.001121.05.26 от 20.05.2026 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

условия выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, 7 (согласно приложению)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" 450054, Республика Башкортостан, Г. УФА, УЛ. ШАФИЕВА, Д. 7 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ () государственными санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010); СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 13.05.2026 г. № 08/3-2338 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области", аттестат аккредитации № RA.RU.710007

Заключение действительно до 21.05.2031 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3776334





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 02.БЦ.01.000.М.001121.05.26 от 20.05.2026 г.

Организация: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. ШАФИЕВА, Д. 7

Подразделение, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: Лаборатория радиологических исследований в составе Испытательного лабораторного центра на 3-м этаже 4-х этажного административного здания ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, 7

Разрешаются работы с источниками ионизирующего излучения:

- Термолюминисцентная дозиметрическая система ДТУ-01М, фирма-производитель ООО "НПП "ЛТ", Россия, 2010 года выпуска, заводской №9448, свидетельство о поверке № С-АБ/17-07-2025/448465520, действительно до 16.07.2026
- Комплекс дозиметрический термолюминисцентный ДОЗА-ТЛД фирма-производитель НПП "Доза", Россия, 2013 года выпуска, заводской №023, свидетельство о поверке С-СЕ/22-12-2025/499751658 от 22.12.2025, действительно до 21.12.2026;
- Дозиметр мощности экспозиционной дозы широко диапазонный носимый ДРГ-01Т1 фирма-производитель ОАО "Холдинговая компания "Ленинец" ОАО "Механический завод", Россия, 2009 года выпуска, заводской № 7161 свидетельство о поверке № С-АБ/17-07-2025/448465518, действительно до 16.07.2026
- Дозиметр мощности экспозиционной дозы широко диапазонный носимый ДРГ-01Т1 фирма-производитель ОАО "Холдинговая компания "Ленинец" ОАО "Механический завод", Россия, 2013 года выпуска, заводской № 8299 свидетельство о поверке № С-АБ/22-01-2025/404303511, действительно до 21.01.2026
- Дозиметр мощности экспозиционной дозы широко диапазонный носимый ДРГ-01Т1 фирма-производитель ОАО "Холдинговая компания "Ленинец" ОАО "Механический завод", Россия, 2013 года выпуска, заводской № 8300 свидетельство о поверке № С-АБ/22-01-2025/404303512, действительно до 21.01.2026
- Дозиметр-радиометр ДКС-96 с блоками детектирования БДВГ, БДЗА, БДЗБ, БДКС, БДМН фирма-производитель НПП "Доза", Россия, 2017 года выпуска, заводской № Д1360 свидетельство о поверке № С-СЕ/12-05-2025/431737231, действительно до 11.05.2026
- Дозиметр ДКС-АТ1123 (№19793-00) фирма-производитель НПУП "Атомтех", Республика Беларусь, 2008 года выпуска, заводской № 50417, свидетельство о поверке № С-ВОБ/14-04-2025/425140438, действительно до 13.04.2026
- Дозиметр ДКС-АТ1123, фирма-производитель НПУП "Атомтех", Республика Беларусь, 2015 года выпуска, заводской № 53190, свидетельство о поверке № С-ВОБ/28-05-2025/435304844, действительно до 27.05.2026
- Дозиметр-радиометр МКС/СРП-08А с блоками детектирования БДБС-25-01А фирма-производитель ООО "НТЦ Амплитуда", Россия, 2013 года выпуска, заводской № 845, свидетельство о поверке № С-АБ/22-01-2025/404303513, действительно до 21.01.2026
- Прибор сцинтилляционный геологоразведочный СРП-68-01, фирма-производитель Завод "Электрон", Украина, 1987 года выпуска, заводской № 830, свидетельство о поверке № С-АБ/04-08-2025/452852279, действительно до 03.08.2026
- Радиометр радона и его дочерних продуктов распада "РАМОН-02", фирма-производитель ТОО "СОЛО ЛТД", Казахстан, 2011 года выпуска, заводской №02-10, свидетельство о поверке № С-СЕ/27-06-2025/443955782, действительно до 26.06.2026
- Радиометр радона и его дочерних продуктов распада "РАМОН-02", фирма-производитель ТОО "СОЛО ЛТД", Казахстан, 2015 года выпуска, заводской №02-15, свидетельство о поверке № С-СЕ/25-04-2025/429351174, действительно до 24.04.2026
- Спектрометр МКГ-АТ1321, фирма-производитель НПУП "Атомтех", Республика Беларусь 2025 года выпуска, заводской №231, клеймо в паспорте, 27.05.2025
- Комплекс измерительный для мониторинга радона Камера-01 фирма-производитель, НТЦ "НИТОН" 2007 года выпуска, заводской №133, свидетельство о поверке № С-СЕ/24-07-2025/450207894, действительно до 23.07.2026
- Дозиметр-гамма излучения ДКГ-07Д "Дрозд", фирма-производитель ООО НПП "Доза", Россия 2014 г года выпуска, заводской № 8337, свидетельство о поверке № С-АБ/22-01-2025/404303514, действительно до 21.01.2026
- Дозиметр-гамма излучения ДКГ-07Д "Дрозд", фирма-производитель ООО НПП "Доза", Россия 2014 года выпуска, заводской № 8316, свидетельство о поверке № С-АБ/17-07-2025/448465521, действительно до 16.07.2026
- Альфа-бета радиометр УМФ-2000, фирма-производитель НПП "Доза", Россия 2013 года выпуска, заводской № 1294, свидетельство о поверке № С-АБ/14-03-2025/416812481, действительно до 13.03.2026
- Альфа-бета радиометр УМФ-2000, фирма-производитель НПП "Доза", Россия 2019 года выпуска, заводской № 1760

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санита



ia)



№ 0814238



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 02.БЦ.01.000.М.001121.05.26 ОТ 20.05.2026 г.

свидетельство о поверке № С-АБ/10-06-2025/439919634, действительно до 09.06.2026

-Альфа-бета радиометр УМФ-2000, фирма-производитель НПП "Доза", Россия 2019 года выпуска, заводской № 2027, свидетельство о поверке № С-АБ/28-10-2024/381915871, действительно до 27.10.2026

-Установка спектрометрическая МКС - 01А "Мультирад", фирма-производитель ООО "НТЦ "Амплитуда", Россия 2014 года выпуска, заводской №1418 свидетельство о поверке № С-ДНС/14-05-2025/432471457, действительно до 13.05.2026

Установка спектрометрическая МКС - 01А "Мультирад", фирма-производитель ООО "НТЦ "Амплитуда", Россия 2022 года выпуска, заводской №2223 свидетельство о поверке № С-ДЭБ/03-07-2025/444851516, действительно до 02.07.2026

Вспомогательное оборудование:

- фантом тканезквивалентный водный ФТК-С, фирма-производитель ООО НПП "Доза", Рос-сийская Федерация, зав. № 1/С, 2017 года выпуска, протокол аттестации № 10/1/14 от 01.07.2025 ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им А.М.Муратшина в Республике Башкортостан";

- фантом тканезквивалентный водный ФТК-Р, фирма-производитель ООО НПП "Доза", Российская Федерация, зав. № 1/Р, 2017 года выпуска, протокол аттестации № 10/1/17 от 01.07.2025 ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им А.М.Муратшина в Республике Башкортостан";

- фантом тканезквивалентный водный ФТК-А, фирма-производитель ООО НПП "Доза", Российская Федерация, зав. № 1/А, 2017 года выпуска, протокол аттестации № 10/1/15 от 01.07.2025 ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им А.М.Муратшина в Республике Башкортостан";

- фантом тканезквивалентный водный ФТК-Ф, фирма-производитель ООО НПП "Доза", Российская Федерация, зав. № 1/Ф, 2017 года выпуска, протокол аттестации № 10/1/16 от 01.07.2025 ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им А.М.Муратшина в Республике Башкортостан".

Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность: заведующий лабораторией радиологических исследований Панов А.Ю., приказ № 250 от 11.12.2024 г.

Вид работ: радиационный контроль;

Ограничительные условия: соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010); СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009);



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0814237



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02.БЦ.01.000.М.001708.07.26 от 22.07.2026 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

условия выполнения работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение; в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58 (согласно приложению)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. ШАФИЕВА, д. 7 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ () государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 19.05.2026 г № 08/3-2422 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области", аттестат аккредитации № RA.RU.710007



Заключение действительно до 22.07.2031 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3776959





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 02.БЦ.01.000.М.001708.07.26 ОТ 22.07.2026 г.

Организация: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

450054, Республика Башкортостан, Г. УФА, УЛ. ШАФИЕВА, Д. 7

Подразделение: лаборатория по исследованию воздуха на 3-м этаже 4-х этажного административного здания по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58

Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность: заведующий лабораторией радиологических исследований Панов А.Ю., приказ № 250 от 11.12.2024 г.

Разрешаются работы с источниками ионизирующего излучения:

Хроматограф "Хроматэк-Кристалл 5000.1", зав. № 051558, 2010 года выпуска

Используемые источники:

- закрытый источник бета излучения типа ВNi3.C3 на основе радионуклида Никель-63, паспорт на источник № 3195/2, зав. № 47.25, 2025 года выпуска

Основные технические данные:

Габаритные размеры - диаметр $9,6 \pm 0,3$ мм, высота $10 \pm 0,3$ мм, толщина $0,1 \pm 0,15$ мм, активность радионуклида никель-63 не более 27 мКи, значение ионизационного тока, создаваемого внешним излучением источника не менее 15,0 нА, относительная погрешность значения ионизационного тока $\pm 15\%$.

Хроматограф "Хроматэк-Кристалл 5000.1", зав. № 552303, 2015 года выпуска

Используемые источники:

- закрытый источник бета излучения типа ВNi3.C3 на основе радионуклида Никель-63, паспорт на источник № 3195/1, зав. № 46.25, 2025 года выпуска

Основные технические данные:

Габаритные размеры - диаметр $9,6 \pm 0,3$ мм, высота $10 \pm 0,3$ мм, толщина $0,1 \pm 0,15$ мм, активность радионуклида никель-63 не более 27 мКи, значение ионизационного тока, создаваемого внешним излучением источника не менее 15,0 нА, относительная погрешность значения ионизационного тока $\pm 15\%$.

Вид работ: освобождение от контроля

Место проведения работ: в стационарных условиях

В соответствии с п. 1.7.2. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) и на основании протокола измерения мощности дозы рентгеновского излучения от 22.01.2026г. № ПР7 проведение работ освобождается от контроля. Эксплуатация осуществляется работниками, не отнесенными к персоналу группы А и Б, без радиационного контроля в соответствии с технической документацией на установку.

Ограничительные условия: СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010); СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009); СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0726247



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02.БЦ.01.000.М.001709.07.26 ОТ 22.07.2026 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):

условия выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 (согласно приложению)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" 450054, Республика Башкортостан, Г. УФА, УЛ. ШАФИЕВА, Д. 7 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствующим) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 19.05.2026 г № 08/3-2425 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области", аттестат аккредитации № RA.RU.710007



Заключение действительно до 22.07.2031 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3776960





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 02.БЦ.01.000.М.001709.07.26 ОТ 22.07.2026 г.

Организация: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. ШАФИЕВА, д. 7

Подразделение: лаборатория по исследованию объектов окружающей среды на 3-м этаже 4-х этажного административного здания по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность: заведующий лабораторией радиологических исследований Панов А.Ю., приказ № 250 от 11.12.2024 г.

Разрешаются работы с источниками ионизирующего излучения:

Хроматограф "Кристалл 5000.2", зав. № 452296, 2014 года выпуска

Используемые источники:

- закрытый источник бета излучения типа ВNi3.C3 на основе радионуклида Никель-63, паспорт на источник № 3195/4, зав. № 49.25, 2025 года выпуска

Основные технические данные:

Габаритные размеры - диаметр $9,6 \pm 0,3$ мм, высота $10 \pm 0,3$ мм, толщина $0,1 \pm 0,15$ активность радионуклида никель-63 не более 27мКи, значение ионизационного тока, создаваемого внешним излучением источника не менее 15,0 нА, относительная погрешность значения ионизационного тока $\pm 15\%$.

Хроматограф "Хроматэк-Кристалл 5000.1", зав. № 552303, 2015 года выпуска

Вид работ: освобождение от контроля

Место проведения работ: в стационарных условиях

В соответствии с п. 1.7.2. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) и на основании протокола измерения мощности дозы рентгеновского излучения от 22.01.2026г. № ПР6 проведение работ освобождается от контроля. Эксплуатация осуществляется работниками, не отнесенными к персоналу группы А и Б, без радиационного контроля в соответствии с технической документацией на установку.

Ограничительные условия: СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010); СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009); СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0726246

